

事業名	令和3年度減圧蒸留濃縮装置 ユニット仕様 導入工事業
工事名	減圧蒸留濃縮装置ユニット仕様導入工事

工種名称	数量	単位	単価	金額
直接工事費内容				
減圧蒸留濃縮装置 ユニット仕様 屋内仕様	1	式		
蒸発能力 21L/h				
減圧ポンプ 冷却水が必用				
自動弁（電磁弁）				
冷却チラー 循環ポンプ				
加熱ユニット 循環ポンプ レベル制御				
電源 200V / 220 V				
給水（市水）				
制御盤				
ユニット 3000w×1200d×2900h 周囲1mは必要				
仕様変更 打合せ 資料 図面制作費用	1	式		
試験運転 調整費 工事試運転	1	式		
搬入諸経費用	1	式		
小計				
消費税				
合計				

備考

詳細は、仕様書を参照。
